

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 05.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2471-82

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ  
(СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫТИЕ НА БРОНЗЕ) комплект ППТ-Ср-0,6

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий,  
выпускаемых по ГОСТ 22555-77.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1992

**Описание СО:**

СО применяется в комплекте с ГСО 2472-82 и образца из бронзы без покрытия. СО изготовлены из бронзы марки БрОЦ4-3 по ГОСТ 5017-74 в виде цилиндров диаметром 0,6 мм и высотой 20 мм. Серебряное покрытие нанесено на основание способом катодного восстановления по ОСТ 11бро054.013-73.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** использование государственных эталонов единиц величин

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

поверхностная плотность покрытия, г/м<sup>2</sup>; толщина покрытия, мкм

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Поверхностная плотность покрытия		7-100	г/м <sup>2</sup>	4-10	О
01	Толщина покрытия		0.7-10.0	мкм	4-10	О

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.