

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 05.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2474-82

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ
(СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЛАТУНИ) комплект ППТ-Ср-2,0

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий,
выпускаемых по ГОСТ 22555-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1992

Описание СО:

СО применяется в комплекте с ГСО 2473-82, ГСО 2475-82 и образцом из латуни без покрытия. Серебряное покрытие нанесено на основание из латуни марки ЛС59-1 по ГОСТ 15527-70 способом катодного восстановления по ОСТ II бро054.013-73. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 2.0 мм и высотой 20 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных
эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с повторной аттестацией раз в 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность покрытия, г/м²; толщина покрытия, мкм

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Поверхностная плотность покрытия		7-100	г/м2	4-10	О
01	Толщина покрытия		0.7-10.0	мкм	4-10	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.