

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2983-82/2988-82

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО 1-ГО РАЗРЯДА ПРЕДЕЛОВ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 10 ДО 80 МПа (комплект СОПБ)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, аттестации и поверки образцовых ультразвуковых и склерометрических средств измерений, применяемых при неразрушающем контроле прочности бетона, а также для аттестации прессов (силовых установок), применяемых для испытаний при одноосном сжатии в диапазоне от 10 до 80 МПа.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.01.1987

Описание СО:

комплект включает 6 образцов. СО имеют форму параллелепипедов размерами (150x150x600) мм из портландцементного бетона, изготовленного по специальной технологии ВНИИФТРИ.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 18 месяцев

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
предел прочности бетона, МПа

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Предел прочности	в возрасте 180 суток	14.3-61.0	мПа	3.4	О
02	Предел прочности	в возрасте 1 год	16.3-66.0	мПа	3.7	О
03	Предел прочности	в возрасте 2 года	18.6-72.5	мПа	4.2	О
04	Предел прочности	в возрасте 3 года	20.3-78.3	мПа	3.8	О
05	Предел прочности	в возрасте 4 года	21.6-81.8	мПа	4.9	О
06	Предел прочности	в возрасте 5 лет	22.6-84.0	мПа	4.5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.