

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 24.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5710-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ (КОМПЛЕКТ "ЭГРАЙ")

Назначение СО:

СО предназначены для поверки и аттестации рентгенорадиометрических приборов (ГОСТ 22462-77) с погрешностью не более 10% отн.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2000

Описание СО:

СО входит в комплект "ЭГРАЙ", включающий 255 СО, изготовленных введением соединений металлов в матрицу, состоящую из корунда, флюорита и добавок для прессования. Стандартные образцы изготовлены в виде гомогенных смесей с добавками 11 аттестуемых элементов и, представляют собой диски диаметром 100 мм, толщиной 20 мм.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан, Россия

Изготовитель(и):

ГИПРОЦВЕТМЕТ
НИИСТРОМПРОЕКТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
01	Zn	2.7 - 3.3	%	0.03	A
01	Sn	0.90 - 1.10	%	0.005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.