

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2441-85/2444-85П

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО ВЛАЖНОСТИ СЫРЬЯ ЛЬНА (комплект ВЛК)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки влагомеров сырья льна ВЛК-1 при их выпуске из производства и в процессе эксплуатации.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.08.2000

Описание СО:

комплект состоит из четырех образцов. СО изготовлены в виде параллелепипедов размером (200x25x75) мм из полистирола ПСМД (ГОСТ 20282-74), фторопласта-4 (ГОСТ 10007-80) и эпоксидной смолы ЭД-16 (ГОСТ 10587-76) с металлическими наполнителями.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

СКБ ПРОЕКТПРИБОР

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с повторной аттестацией через 2 года во ВНИИМСО

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

влажность, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

ВЛК	Имитируемая влажность		10 - 30	%	<0.5	А
-----	--------------------------	--	---------	---	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.