

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3474-86

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СТРОНЦИЯ

Назначение СО:

СО предназначен для поверки твердофазных изотопных масс-спектрометров.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1996

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка карбоната стронция ОСЧ7-4 (ТУ 6-09-4744-79), расфасованного в полиэтиленовые или фторопластовые ампулы по 100 мг.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

изотопное отношение Sr-87/Sr-86, усл. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Изотопное отношение Sr-87/Sr-86	0.70801	усл. ед.	0.00003	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.