

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3587-86

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МОЛИБДЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов измерений состава молибденового концентрата.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1996

Описание СО:

материал СО в виде порошка крупностью частиц 0.08 мм, расфасован по 50 г в полиэтиленовую тару с этикеткой, оформленной по ГОСТ 8.315-78.

Страна изготовитель ГСО: Монголия

Изготовитель(и):

ГУ ГМСГКЦИС МНР

ЦГЛ МГРПИ МНР

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	SiO ₂	4.5	%	0.1	A
01	P	0.014	%	0.002	A

01	Mo	51.6	%	0.2	A
01	Cu	1.35	%	0.03	A
01	Re	0.050	%	0.006	A
01	Pb	(0.019)	%		
01	S	(36)	%		
01	Fe	(2.4)	%		
01	As	(0.04)	%		

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.