

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3589-86/3592-86

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ РТУТИ (комплект РТ1-РТ4)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки и градуировки анализатора газортутного переносного типа АГП-01 (ТУ 41-08-030-85 "Анализатор газортутный переносной АГП-01. Технические условия", Мингеологии СССР) при его выпуске, ремонте и эксплуатации.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1991

Описание СО:

комплект включает 4 образца, СО изготовлены в виде порошка, расфасованного в стеклянные бюксы по 11 г.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

КАЗАХСКИЙ Ф-Л ВИРГ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля ртути, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Hg	2.55E-6 - 3.45E-6	%	1-10	О
02	Hg	0.85E-5 - 1.15E-5	%	1-10	О

03	Hg	2.55E-5 - 3.45E-5	%	1-10	О
04	Hg	0.85E-4 - 1.15E-4	%	1-10	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.