

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3599-87/3604-87

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ТИПА 20ХГ2Ц, Св-15ГСТЮЦА (УГ22-УГ27)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и аттестации спектральных установок при анализе сталей (ГОСТ 5781-82, ГОСТ 2246-70).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1997

Описание СО:

СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 50 мм и высотой 30 мм. Комплект состоит из шести образцов.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элемента, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Zr	0.066	%	0.005	A
02	Zr	0.099	%	0.004	A

03	Zr	0.026	%	0.002	A
04	Zr	0.013	%	0.002	A
05	Zr	0.0041	%	0.0006	A
06	Zr	0.170	%	0.006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.