

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3611-87

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ГЛИНЫ (МГК-1)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов измерений состава глины и аттестации методик выполнения измерений содержаний аттестованных компонентов.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1997

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 100 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Республика Казахстан

**Изготовитель(и):**

СЕВ.-КАЗАХСТАН. ПГО ЦЛ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, % (в расчете на материал, высушенный при температуре 105-110 град. Цельсия)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12.93	%	0.11	A
01	CaO	5.92	%	0.08	A
01	MgO	2.14	%	0.07	A

01	K <sub>2</sub> O	1.90	%	0.04	A
01	SiO <sub>2</sub>	59.38	%	0.13	A
01	TiO <sub>2</sub>	0.73	%	0.01	A
01	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.85	%	0.08	A
01	FeO	0.86	%	0.05	A
01	Na <sub>2</sub> O	0.96	%	0.03	A
01	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.105	%	0.004	A
01	MnO	0.103	%	0.005	A
01	CO <sub>2</sub>	3.84	%	0.13	A
01	S	0.16	%	0.01	A
01	Потери массы при прокаливании	9.52	%	0.17	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.