

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3682-87

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки экспресс-анализатора глюкозы "Эксан-Г" и других аналитических систем, используемых для измерения молярной концентрации глюкозы в биологических жидкостях и других водных растворах, содержащих глюкозу.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1992

Описание СО:

СО представляет собой водный стабилизированный раствор глюкозы в 0,2 % растворе бензойной кислоты, расфасованный в полиэтиленовые тубик-капельницы объемом 1.5 мл. Вес СО глюкозы одной тубик-капельницы не более 3 г.

Страна изготовитель ГСО: Литовская Республика

Изготовитель(и):

ИН-Т БИОХИМИИ АН ЛИТВЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация глюкозы, моль/м³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
	Глюкоза	10.0	моль/м ³	1.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.