

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4100-87

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ДАТОЛИТОВОЙ РУДЫ

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации методик выполнения измерений аттестованных компонентов, контроля правильности результатов измерений аттестованных компонентов в датолитовой руде и концентрате (ГОСТ 16108), для градуировки средств измерений и аттестации СОП.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1996

Описание СО:

сведения отсутствуют

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГИГХС

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, % (в расчете на материал высушенный при температуре 110 град. Цельсия)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
	Al ₂ O ₃	1.18	%	0.07	A

	Fe2O3 кислотраств.	5.18	%	0.06	A
	Fe2O3 общ.	3.54	%	0.10	A
	FeO	1.78	%	0.10	A
	SiO2	38.95	%	0.20	A
	B2O3 кислотраств.	9.58	%	0.13	A
	CaO	31.67	%	0.18	A
	CO2	6.58	%	0.14	A
	SiO2	38.95	%	0.20	A
	Na2O	0.054	%	0.005	A
	K2O	0.12	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.