

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4119-87

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СЛЮДЫ МУСКОВИТ МАРКИ СМЭ-315

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа слюдянных материалов на основе мусковита (ГОСТ 14327-82), градуировки фотоэлектрокалориметров типа ФЭК-М, ФЭК-М57, ФЭК-М56-У42, пламенных фотометров типа Flapho, PCC, VRA-20, аттестации методик выполнения измерений.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1997

Описание СО:

материал СО представляет собой слюду мусковит. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 50 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГИПРОНИМЕТАЛЛУРОД

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов (в расчете на материал, высушенный при 105 град. Цельсия)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	SO3	(0.039)	%		

01	P2O5	(0.025)	%		
01	Al2O3	(32.01)	%		
01	SiO2	47.4	%	0.2	A
01	Fe2O3	3.09	%	0.11	A
01	K2O	9.9	%	0.2	A
01	Na2O	0.66	%	0.05	A
01	CaO	0.34	%	0.05	A
01	MgO	1.26	%	0.06	A
01	Ti2O3	0.41	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.