

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4127-87/4130-87

Количество СО в комплекте: 8

Наименование СО: СО МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ АСБЕСТА ТИПА МВАА
(комплекты 1-4)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, аттестации и поверки нестандартизованных приборов (феррометров) типа ФМП-4 и ФМП-4М, служащих для контроля качества готовой продукции: асбеста антофиллитового обезжелезненного (ТУ 21-22-13-78) и асбеста хризотилового обезжелезненного (ТУ 21-22-3-81) по магнитной восприимчивости.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1997

Описание СО:

каждый комплект состоит из восьми образцов. СО изготовлены в виде измельченной смеси асбеста и магнетита, расфасованной по 20 г в эбонитовые цилиндрические футляры диаметром 24 мм, высотой 100 мм с закручивающейся крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИПРОЕКТАСБЕСТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

объемная магнитная восприимчивость, усл. ед.

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
01	Объемная магнитная восприимчивость		0.7E-4 - 22.1E-4	усл. ед.	3.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.