

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4137-87/4142-87

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ
РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 2-го РАЗРЯДА

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, аттестации и поверки рабочих средств измерений кондуктометрии.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.04.1993

Описание СО:

комплект состоит из шести образцов. СО изготовлены на основе водных и водно-диоксановых растворов хлористого калия квалификации "хч" или "осч" (ГОСТ 4234-77, ГОСТ 10455-80, ГОСТ 6709-72), расфасованных в стеклянные ампулы по 100 см³.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная электрическая проводимость растворов электролитов, См/м

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Удельная электрическая проводимость		11.1646	См/м	0.25	О
02	Удельная электрическая проводимость		4.7489	См/м	0.25	О
03	Удельная электрическая проводимость		2.7623E-1	См/м	0.25	О
04	Удельная электрическая проводимость		2.9104E-2	См/м	0.25	О
05	Удельная электрическая проводимость		4.7334E-3	См/м	0.25	О
06	Удельная электрическая проводимость		5.2684E-4	См/м	0.25	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.