

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4165-87

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 13Х, 60С2, 05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф (комплект СО УГ06-УГ96)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и аттестации спектральных установок при анализе сталей углеродистых и легированных по ГОСТ 5950-73, ГОСТ 14959-79, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 380-71, ГОСТ 1414-75.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1997

Описание СО:

СО изготовлен в виде цилиндров диаметром 50 мм, высотой 30 мм. Образец входит в комплект УГ06-УГ96 совместно с ГСО 2489-87П/2497-87П.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

01	C	1.37	%	0.01	A
01	Al	0.062	%	0.001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.