

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4203-87

Количество СО в комплекте: 9

Наименование СО: СО ЗОЛЬНОСТИ УГЛЯ (комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для первичной поверки радиоизотопных концентратометров поточных взрывозащищенных РКТП-4 и РКТП-5 при выпуске из производства.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1991

Описание СО:

комплект состоит из девяти образцов. СО представляют собой водный раствор хлорида калия, помещенный в контейнеры из органического стекла. Размеры контейнеров для приборов РКТП-4 - (500x400x100) мм, для приборов РКТП-5 - (500x400x50) мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИОТТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

зольность угля, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
07	Зольность	35.33	%	0.08	А
08	Зольность	40.27	%	0.09	А

09	Зольность	49.00	%	0.07	A
01	Зольность	4.992	%	0.016	A
02	Зольность	9.252	%	0.034	A
03	Зольность	14.98	%	0.06	A
04	Зольность	20.34	%	0.09	A
05	Зольность	24.96	%	0.11	A
06	Зольность	29.74	%	0.18	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.

Наименование аттестуемой характеристики:

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Зольность		4.992	%	0.016	A
02	Зольность		9.252	%	0.034	A
03	Зольность		14.98	%	0.06	A
04	Зольность		20.34	%	0.09	A
05	Зольность		24.96	%	0.11	A
06	Зольность		29.74	%	0.18	A
07	Зольность		35.33	%	0.08	A
08	Зольность		40.27	%	0.09	A
09	Зольность		49.00	%	0.07	A

*** А - абсолютная, О - относительная.