

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4437-88

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО МАЛОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (ТРИТИЕВАЯ ВОДА)
комплект СОМТ

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации радиометров трития, рассчитанных для определения малых удельных активностей трития в воде.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 30.09.1992

Описание СО:

в комплект входит три СО. В качестве вещества - носителя свойства используется раствор трития в дистиллированной воде. СО расфасован в стеклянные флаконы по 10 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИгеоинформсистем

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная активность трития, Бк*г-1

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Удельная бета-		5xE-1 - 5.1	Бк*г-1	2 - 5	О

	активность					
--	------------	--	--	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.