

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4384-88/4385-88

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ФТОРИДА НАТРИЯ (ФН-1, ФН-2)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, аттестации и поверки газоанализаторов на фтористый водород типа "Фторинг", спектрофотометров, иономеров, для контроля правильности результатов измерений массовой концентрации фторидов во фторсодержащих пробах.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1991

Описание СО:

СО изготовлены в виде раствора фторида натрия квалификации ос.ч. 9-3 (ТУ 6-09-3322-78) в дистиллированной воде (ГОСТ 6709-72), расфасованного в полиэтиленовые флаконы по 85 см³ и 120 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация фторида натрия, фторид-иона, мг/см³

Индекс	Аттестованная	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
01	NaF	4.20	мг/см ³	0.04	А
02	NaF	21.00	мг/см ³	0.15	А
01	Фторид- ион	1.90	мг/см ³	0.02	А
02	Фторид- ион	9.50	мг/см ³	0.07	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.