

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4351-88

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ХЛОРА

Назначение СО:

СО предназначен для поверки динамических газовых установок УДГ-02 (ТУ 5 Б0.284.010-85) и ГПС-01 (ТУ 5 Б2.950.058).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1990

Описание СО:

материал СО представляет собой хлор жидкий технический (ГОСТ 6718-86), помещенный в стальные баллоны вместимостью 5 дм³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГОСНИИХЛОРПРОЕКТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля хлора, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	С1	99.7	%	0.3	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.