

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4316-88

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО 3-го РАЗРЯДА СВЕТОВОГО ВЫХОДА
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ
ГЕРМАНАТА ВИСМУТА

Назначение СО:

СО предназначен для измерения светового выхода сцинтилляционных детекторов, выпускаемых из производства.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1998

Описание СО:

СО представляет собой детектор на основе германата висмута цилиндрической формы диаметром и высотой от 10 мм до 100 мм или в виде параллелепипеда с размерами стороны от 10 мм до 100 мм. Монокристалл упакован в отражатель из фторопласта.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

световой выход, усл. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Световой выход		0.1-0.6	усл. ед.	8	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.