

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4218-88

Количество СО в комплекте: 14

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ
НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЮРАЛЮМИНИИ, комплект ППТ-2-Н/Д

Назначение СО:

СО предназначены для поверки и градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий выборочного контроля по ГОСТ 22555-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1998

Описание СО:

комплект состоит из 14 СО с никелевым покрытием нанесенным на основание из дюралюминия, марки Д16Т (ГОСТ 21488-76) способом катодного восстановления (ГОСТ 9.305-84). Все образцы имеют форму диска диаметром не более 30 мм и высотой не менее (6.0 ± 0.3) мм.

Страна изготовитель ГСО: Латвийская Республика

Изготовитель(и):

ИН-Т РАДИОИЗОТОПН. ПРИБОРОСТР.

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с аттестацией раз в 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность покрытия, г/м²

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
ПТТ-2- Н/Д	Поверхностная плотность покрытия		5 - 1000	г/м ²	5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.