

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1180-89П

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ
СЕРЕБРЯНОГО ПОКРЫТИЯ НА ЛАТУНИ (комплект ППТ-1-СР/Л)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки, аттестации и градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий (ГОСТ 22555-77) и метрологической аттестации отраслевых стандартных образцов и стандартных образцов предприятий.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1999

Описание СО:

комплект включает от 4 до 16 СО и образца из латуни без покрытия. СО изготовлены в виде пластин из латуни марки Л63 или ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70). Серебряное покрытие нанесено способом катодного восстановления на одну сторону по всей поверхности или в виде круга. Рабочая поверхность - круг, диаметром 5 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИМСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с ежегодной повторной аттестацией во ВНИИМСО

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
поверхностная плотность покрытия, г/м²

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Поверхностная плотность покрытия		4 - 850	г/м2	3	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.