

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4484-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ
(ГСОРН-1)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (фотоэлектроколориметров, спектрофотометров), контроля правильности результатов анализа различных проб на азот (аммоний) спектрофотометрическими методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1999

Описание СО:

СО изготовлен в виде водного раствора солей неметаллов. СО расфасован в ампулы по 5 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное непрерывное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов аммония, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

ГСОРН-1	НН4 - ион	0.095 - 0.105	мг/см3	1.0	О
---------	-----------	---------------	--------	-----	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.