

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4486-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ (ГСОРН-2)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоэлектроколориметров) и контроля правильности результатов анализа различных проб на хлорид-ион спектрофотометрическим методом.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1999

Описание СО:

СО изготовлен в виде водного раствора хлорид-ионов. СО расфасован в ампулы по 5 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное непрерывное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация хлорид-ионов, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

ГСОРН-2	Cl - ион	0.95 - 1.05	мг/см3	1.0	О
---------	----------	-------------	--------	-----	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.