

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4496-89/4500-89

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ
РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 2 РАЗРЯДА (комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации рабочих кондуктометров.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1999

Описание СО:

комплект включает 5 СО. СО изготовлены на основе растворов иодид натрия квалификации "осч 12-3" по ОСТ 6-09-88-73 в этиловом, н-бутиловом спиртах, а также в смешанном растворителе н-бутанол квалификации "чда" по ГОСТ 6006-78 и н-октан квалификации "чх" по МРТУ 6-09-4534-77. Объем СО каждого номинала должен составлять (20 ± 2) мл в ампуле.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная электрическая проводимость растворов электролитов, См/см

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Удельная электрическая проводимость	диапазон температур от минус 80 град. Цельсия до плюс 200 град. Цельсия	1xE-2 - 1xE-7	См/см	0.4 - 1.3	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.