

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 4511-89

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ВОЛЬФРАМОВОГО КОНЦЕНТРА-ТА МАРКИ КШ-1

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава вольфрамового концентрата (ГОСТ 213-82), для аттестации средств измерений и методик выполнения измерений.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1994

**Описание СО:**

материалом СО является вольфрамовый концентрат (ГОСТ 213-82). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Республика Узбекистан

**Изготовитель(и):**

СРЕДАЗНИПРОЦВЕТМЕТ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	WO3	65.87	%	0.30	A

01	MnO	0.023	%	0.002	A
01	SiO2	6.86	%	0.13	A
01	Cu	0.053	%	0.004	A
01	S	0.630	%	0.025	A
01	As	0.0047	%	0.0006	A
01	P	0.025	%	0.002	A
01	Mo	0.73	%	0.02	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.