

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4512-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОЛЬФРАМОВОГО КОНЦЕНТРА-ТА МАРКИ КШ-4

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава вольфрамового концентрата (ГОСТ 213-82), для аттестации средств измерений и методик выполнения измерений.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1994

Описание СО:

материалом СО является вольфрамовый концентрат (ГОСТ 213-82). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Республика Узбекистан

Изготовитель(и):

СРЕДАЗНИПРОЦВЕТМЕТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	MnO	(0.15)	%		

01	SiO ₂	(6.38)	%		
01	WO ₃	51.65	%	0.28	A
01	S	0.67	%	0.03	A
01	P	2.18	%	0.04	A
01	Mo	0.0230	%	0.0017	A
01	As	0.008	%	0.001	A
01	Cu	0.025	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.