

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4527-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА

Назначение СО:

СО предназначен для поверки, градуировки газохроматографической аппаратуры и аттестации хроматографических методик.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1999

Описание СО:

СО представляет собой газ, помещенный в стальные баллончики емкостью 100 см³ (30 г).

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИУС

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное непрерывное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная доля основного вещества, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Метилацетилен	99.5 - 100	%	<0.1	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.