

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 4537-89/4539-89

Количество СО в комплекте: 3

**Наименование СО:** СО ВЛАЖНОСТИ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ (КОНОПЛИ И СЫРЬЯ ЛЬНА) КОМПЛЕКТ ВМ

**Назначение СО:**

СО предназначены для поверки диэлькометрических влагомеров волокнистых материалов с зондовыми датчиками типа ВК и ВЛР-1 с основной погрешностью не менее 3 % при выпуске их из производства и в процессе эксплуатации.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.06.1994

**Описание СО:**

комплект включает 3 образца. СО представляют собой блоки в виде параллелепипедов размером (80x190x50) мм, изготовленные из эпоксидной смолы ЭД-20 (ГОСТ 10587-84) с неорганическими наполнителями. СО выпускаются комплектами, которые состоят из трех типов, отличающихся по цвету.

**Страна изготовитель ГСО:** Грузия

**Изготовитель(и):**

СКБ ПРОЕКТПРИБОР

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

имитируемая влажность, %

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
01	Имитируемая влажность		10 - 50	%	<0.8	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.