

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4550-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ (РАСТВОР ХЛОРИДА КАЛИЯ)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки кондуктометров и измерения удельной электрической проводимости методом сравнения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1994

Описание СО:

СО изготовлен в виде раствора хлорида калия марки "х.ч.", помещенного в стеклянные ампулы по 200 см³. Массовая доля хлорида калия в растворе составляет величину 32.4239хЕ-3.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная электрическая проводимость, См/м

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

	Удельная электрическая проводимость	при температуре +15 град. Цельсия	4.2954-4.2874	См/м	8xE-4	А
--	---	--	---------------	------	-------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.