

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 4984-89/4993-89

Количество СО в комплекте: 10

**Наименование СО:** СО МАССОВОЙ ДОЛИ ОЛОВА В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ (комплект СОО)

**Назначение СО:**

СО предназначены для поверки и аттестации рентгенорадиометрического анализатора РПП-м1К.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1994

**Описание СО:**

комплект включает 10 СО. СО изготовлены из смеси реактивов, содержащих олово и наполнитель, в виде дисков диаметром 110 мм, толщиной 20 мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Латвийская Республика

**Изготовитель(и):**

ИН-Т РАДИОИЗОТОПН. ПРИБОРОСТР.

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** расчетно-экспериментальный

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля олова, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm \Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----|
| 01           | Sn                              | 0.0050                    | %                   | 0.0003                                   | A   |
| 02           | Sn                              | 0.0100                    | %                   | 0.0017                                   | A   |

|    |    |        |   |        |   |
|----|----|--------|---|--------|---|
| 03 | Sn | 0.0200 | % | 0.0017 | A |
| 04 | Sn | 0.0500 | % | 0.0017 | A |
| 05 | Sn | 0.1000 | % | 0.0017 | A |
| 06 | Sn | 0.200  | % | 0.005  | A |
| 07 | Sn | 0.500  | % | 0.005  | A |
| 08 | Sn | 1.000  | % | 0.017  | A |
| 09 | Sn | 2.000  | % | 0.017  | A |
| 10 | Sn | 5.000  | % | 0.017  | A |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.