

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 4994-89/5003-89

Количество СО в комплекте: 10

**Наименование СО:** СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЕБРА В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ  
(комплект СОС)

**Назначение СО:**

СО предназначены для поверки и аттестации рентгенорадиометрического анализатора РПП-м1К.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1994

**Описание СО:**

комплект включает 10 СО. СО изготовлены из смеси реактивов, содержащих серебро и наполнитель, в виде дисков диаметром 110 мм, толщиной 20 мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Латвийская Республика

**Изготовитель(и):**

ИН-Т РАДИОИЗОТОПН. ПРИБОРОСТР.

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** расчетно-экспериментальный

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля серебра, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Ag	0.0050	%	0.0003	A
02	Ag	0.0100	%	0.0017	A

03	Ag	0.0200	%	0.0017	A
04	Ag	0.0500	%	0.0017	A
05	Ag	0.1000	%	0.0017	A
06	Ag	0.200	%	0.005	A
07	Ag	0.500	%	0.005	A
08	Ag	1.000	%	0.017	A
09	Ag	2.000	%	0.017	A
10	Ag	5.000	%	0.017	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.