

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 5015-89

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ПОРОШКА КУПРИТА ИТТРИЯ-БАРИЯ

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава порошков куприта иттрия-бария и изделий из высокотемпературной сверхпроводящей керамики (ТУ 48-0531-390-88).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1997

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые или стеклянные банки с герметичной крышкой по 50 г и 100 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ПЫШМИНСКИЙ ОПЗ "ГИРЕДМЕТ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов (в расчете на материал, высушенный при 105 град. Цельсия), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Y	13.6	%	0.2	A
01	Ba	40.4	%	0.8	A

01	Cu	28.3	%	0.4	A
----	----	------	---	-----	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.