

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5040-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СМЕСИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(ЭТИЛБЕНЗОЛ-ХЛОРОФОРМ-Д-ТМС) Ч-1

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации радиоспектрометров ЯМР.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1992

Описание СО:

СО представляет собой стеклянную ампулу диаметром 5 мм, высотой 170 мм, заполненную на 60 мм по высоте смесью органических веществ.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

объемная доля органических соединений, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Этилбензол	1.00	%	0.02	А
01	Хлороформ-Д	98.00	%	0.02	А
01	Тетраметилсилан	1.00	%	0.02	А

	(TMC)				
--	-------	--	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.