

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5083-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА АЗОТНОКИСЛОГО КАЛИЯ (СО-1,0)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и поверки нитратометров НМ-002 и концентратометров ИКИ-003 органами Государственной и ведомственной метрологических служб.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1994

Описание СО:

СО представляют собой водные растворы азотнокислого калия по ГОСТ 4217-77. СО фасуются во флаконы из стекла или полиэтилена емкостью (30-50) мл.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация азотнокислого калия, моль/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
СО-1,0	KNO ₃	0.995 - 1.005	моль/дм ³	0.5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.