

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5085-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ
(ГСОРМ-29)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки а аттестации аналитических приборов (спектрофотометров и других) и контроля правильности результатов анализа различных проб на аттестованные элементы атомно-абсорбционным, эмиссионным спектральным, спектрофотометрическим и другими методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1994

Описание СО:

СО изготовлен в виде смеси водных растворов солей бериллия, бора, алюминия и германия, расфасованной в стеклянные ампулы по 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
01	Be	1.00	мг/см ³	0.01	A
01	B	5.00	мг/см ³	0.05	A
01	Al	1.00	мг/см ³	0.01	A
01	Ge	2.00	мг/см ³	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.