

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5140-89/5143-89

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ
(комплект МСН)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации, поверки и градуировки анализаторов содержания серы в нефти и нефтепродуктах, для контроля точности результатов определения содержания серы в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 1437-75.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1999

Описание СО:

комплект включает 4 СО. СО изготовлены в виде смеси дибутилсульфида (ТУ 6-09-13-657-78), толуола (ГОСТ 5789-78) и вазелинового масла (ГОСТ 3164-78), расфасованной в стеклянные флаконы по 800 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИР

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля серы в нефти, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

MCH-0.5	S	0.46	%	0.01	A
MCH-1.0	S	0.94	%	0.05	A
MCH-1.5	S	1.41	%	0.05	A
MCH-3.0	S	2.88	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.