

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5779-90/5786-90

Количество СО в комплекте: 8

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ (комплект ПК2)

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации и поверки рентгенорадиометрических анализаторов (ГОСТ 22462-77), имеющих основную приведенную погрешность 10 %.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1995

Описание СО:

комплект состоит из восьми образцов. СО изготовлены в виде дисков диаметром 50 мм, толщиной 20 мм из кремний-органического каучука СКТВ с наполнителем SiO₂ и добавками соединений элементов.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "РУДГЕОФИЗИКА"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Fe	3.00	%	0.03	A
02	Fe	10.00	%	0.09	A

03	Fe	3.00	%	0.02	A
04	Fe	10.00	%	0.06	A
05	Fe	3.00	%	0.03	A
06	Fe	10.00	%	0.14	A
07	Fe	3.00	%	0.04	A
08	Fe	10.00	%	0.09	A
03	Cu	1.001	%	0.009	A
04	Cu	0.999	%	0.010	A
07	Cu	0.998	%	0.007	A
08	Cu	1.000	%	0.012	A
01	Zn	1.000	%	0.010	A
04	Zn	1.000	%	0.011	A
05	Zn	1.000	%	0.010	A
08	Zn	1.000	%	0.017	A
01	Mo	0.2000	%	0.0020	A
03	Mo	0.2000	%	0.0015	A
06	Mo	0.2001	%	0.0005	A
08	Mo	0.1999	%	0.0019	A
01	W	1.999	%	0.013	A
02	W	2.002	%	0.018	A
07	W	1.999	%	0.017	A
08	W	2.000	%	0.023	A
02	Pb	1.001	%	0.009	A
03	Pb	0.999	%	0.008	A
05	Pb	0.999	%	0.014	A
08	Pb	1.000	%	0.008	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.