

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5497-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ТРИФЛУРАЛИНА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки хроматографов, применяемых при анализе трифлуралина и аттестации МВИ содержаний трифлуралина в объектах окружающей среды, технических пестицидах и препаратах на их основе при погрешности МВИ не более 1.5 %.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка и поставляется в запаянных маркированных ампулах или герметично закрытых стеклянных пузырьках в количестве не менее 0.5 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИТИГ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная доля трифлуралина, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

01	Трифлуралин	не менее 99.0	%	0.04	A
----	-------------	---------------	---	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.