

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5495-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ПИРИТНОГО КОНЦЕНТРАТА

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов измерений состава пиритного концентрата (ГОСТ 444-75).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2000

Описание СО:

материал СО представляет собой концентрат пиритный. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

Казахский РЦСМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	CaO	(0.48)	%		
01	S	50.27	%	0.23	A
01	Fe	44.41	%	0.17	A

01	Cu	0.485	%	0.018	A
01	Zn	0.093	%	0.007	A
01	Pb	0.045	%	0.003	A
01	Ni	0.052	%	0.003	A
01	Co	0.134	%	0.007	A
01	Mn	0.015	%	0.002	A
01	Al ₂ O ₃	0.56	%	0.03	A
01	SiO ₂	1.97	%	0.08	A
01	MgO	0.30	%	0.03	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.