

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5474-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВИСМУТОВОГО КОНЦЕНТРАТА

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа висмутовых концентратов (ОСТ 48-73-82).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1995

Описание СО:

материал СО представляет собой концентрат висмутовый. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные или полиэтиленовые банки по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

ВНИИЦВЕТМЕТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %, млн-1

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Bi	0.60	%	0.02	A
01	Cu	4.2	%	0.1	A
01	Au	9.7	млн-1 (ppm)	0.6	A

01	Ag	1420	млн-1 (ppm)	50	A
----	----	------	-------------	----	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.