

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5430-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ГАММА-ИЗОМЕРА
ГЕКСАХЛОРИЦИКЛОГЕКСАНА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки хроматографов, применяемых при определении остаточных количеств гамма-изомера гексахлорциклогексана и аттестации методик выполнения измерений содержаний гамма-изомера гексахлорциклогексана в объектах окружающей среды.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде жидкости, расфасованной в стеклянные ампулы или флаконы по 10 см³.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ Ф-Л ЦИНАО "СОЮЗСЕЛЬХОЗХИМИЯ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация гамма-изомера гексахлорциклогексана, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
01	гамма-изомер гексахлорциклогексан	0.0100	мг/см ³	<0.0005	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.