

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5429-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА МЕТАФОСА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки хроматографов, применяемых при определении остаточных количеств метафоса, и аттестации методик выполнения измерений содержаний метафоса в объектах окружающей среды.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде жидкости, помещенной в стеклянные ампулы по 10 см³.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ Ф-Л ЦИНАО "СОЮЗСЕЛЬХОЗХИМИЯ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация метафоса (0,0-диметил-0-(4-нитрофенил) тиофосфата), мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Метафос	0.1000	мг/см ³	<0.002	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.