

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5415-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РУДНОГО ТЕЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ
РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПЕРЕСЕЧЕННОГО СКВАЖИНОЙ (УРАН) СТЕРЭ-
Ф1

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации и поверки гамма-каротажной аппаратуры и аппаратуры гамма-опробования, выпускаемой в соответствии с ТУ БГ 2.801.002 ТУ, для аттестации отраслевых стандартных образцов и стандартных образцов предприятий.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде цилиндра диаметром и высотой 1,5 м из листовой стали толщиной 6 мм, заполненных уплотненным рудным материалом. По центру цилиндра вертикально проходит стальная труба диаметром (89-108) мм, толщиной (4,5-5,5) мм, имитирующая скважину.

Страна изготовитель ГСО: Россия, Украина

Изготовитель(и):

ПГО "Кировгеология"

НПО "РУДГЕОФИЗИКА"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля урана, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Th	(11E-4)	%		
01	K	(3.16)	%		
01	U	9.0E-4	%	1.1E-4	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.

Наименование аттестуемой характеристики:
в качестве дополнительных сведений: влажность, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	***
01	Влажность		(0.07)	%	

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.