

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5402-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрОЦН10-2-1,5 (М1676х)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа бронзы типа БрОЦН10-2-1,5 (ОСТ 24.916.01-79 "Отливки из цветных сплавов. Общие технические условия").

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2000

Описание СО:

материал СО представляет собой бронзу типа БрОЦН10-2-1,5. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 150 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЭЗКС института Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Al	(0.003)	%		
01	Pb	0.14	%	0.01	A

01	Sn	10.43	%	0.19	A
01	Ni	2.01	%	0.03	A
01	Zn	0.81	%	0.02	A
01	S	0.0028	%	0.0002	A
01	Fe	0.049	%	0.001	A
01	Si	0.0052	%	0.0002	A
01	Sb	0.52	%	0.01	A
01	Bi	0.017	%	0.001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.