

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5380-90/5382-90

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА АЗОТА ГАЗООБРАЗНОГО, ОБОГАЩЕННОГО СТАБИЛЬНЫМ ИЗОТОПОМ АЗОТ-15 (АГ)

Назначение СО:

СО предназначены для контроля правильности результатов измерений, аттестации методик выполнения измерений, а также аттестации и поверки средств измерений изотопного состава азота газообразного, обогащенного стабильным изотопом азот-15, выпускаемого по ГОСТ 23644-79.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2000

Описание СО:

комплект включает 3 стандартных образца. СО расфасованы в запаянные стеклянные ампулы одноразового использования цилиндрической формы длиной 120 мм и диаметром 6 мм (объем 3,4 см³, ГСО в ампуле 4 мг), в запаянные стеклянные ампулы с разбивающимся вентилем шарообразной формы объемом 1100 см³, массой от 0,5 г до 1,0 г, а также в стандартные баллоны из легированной стали вместимостью от 0,4 дм³ до 2 дм³, массой более 1 г.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):
ИСИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: сравнение со стандартным образцом

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля изотопа азот-15, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
АГ-1	Изотоп N-15	99.64	%	0.01	А
АГ-2	Изотоп N-15	95.02	%	0.02	А
АГ-3	Изотоп N-15	80.08	%	0.02	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.