

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 5379-90

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РАСТВОРА АНТРАЦЕНА А-0,005

**Назначение СО:**

СО предназначен для поверки и градуировки жидкостных хроматографов и для аттестации методик выполнения измерений в соответствии с ГОСТ 8.505-84.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.2000

**Описание СО:**

материал СО изготовлен в виде антрацена сцинтилляционного синтетического (ТУ 6-09-4405-77) в ацетонитриле для жидкостной хроматографии (ТУ 6-09-06-1092-83), расфасованного в стеклянные ампулы по 5 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

НПО "Монокристаллреактив"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** расчетно-экспериментальный

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая концентрация антрацена, мг/л

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Атрацен	0.00500	мг/л	<0.00015	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.