

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5378-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА АНТРАЦЕНА А-0,01

Назначение СО:

СО предназначен для поверки и градуировки жидкостных хроматографов и для аттестации методик выполнения измерений в соответствии с ГОСТ 8.505-84.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2000

Описание СО:

материал СО изготовлен в виде антрацена сцинтилляционного синтетического (ТУ 6-09-4405-77) в ацетонитриле для жидкостной хроматографии (ТУ 6-09-06-1092-83), расфасованного в стеклянные ампулы по 5 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация антрацена, мг/л

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Атрацен	0.0100	мг/л	<0.0003	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.