

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5353-90/5355-90

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО ТЕМПЕРАТУРЫ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ
(УГЛЕВОДОРОДЫ) комплект СТС

Назначение СО:

СО предназначены для контроля правильности результатов измерений температуры самовоспламенения углеводородов по ГОСТ 12.1.044-84, для аттестации и поверки приборов СТС.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.2000

Описание СО:

комплект состоит из трех образцов. СО представляют собой углеводороды ароматического и парафинового ряда, расфасованные в стеклянные ампулы по 75 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УНИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

температура самовоспламенения, град. Цельсия

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Температура		585.0-590.0	град.	2.5	А

	самовоспламенения			Цельсия		
02	Температура самовоспламенения		220.0-230.0	град. Цельсия	2.5	А
03	Температура самовоспламенения		205.0-215.0	град. Цельсия	2.5	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.